



**Aragó Veterinaria**

mofilamento de poliamida

suturas Aragó

nylon

suavidad y fácil  
deslizamiento



**Laboratorio Aragó, S.A.**

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
España

Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09

pedidos@laboratorioarago.com  
infogeneral@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com

## nylon

### características técnicas

#### aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO
TC16	26 mm	75 cm	azul	5/0	1	20071
		75 cm		4/0	1,5	20025
		75 cm		3/0	2	20026
		75 cm		2/0	3	20027
		75 cm		0	3,5	20028
TC20	30 mm	75 cm	azul	3/0	2	20080
		75 cm		2/0	3	20029
		75 cm		0	3,5	20030
		75 cm		1	4	20031
		75 cm		2	5	20119
TC24	37 mm	75 cm	azul	0	3,5	20100
		75 cm		1	4	20033
		75 cm		2	5	20120
TC30	45 mm	75 cm	azul	1	4	20110
		75 cm		2	5	20035

#### aguja 3/8 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO
TB10	12 mm	75 cm	azul	6/0	0,7	20038
		75 cm		5/0	1	20039
TB12	16 mm	75 cm	azul	6/0	0,7	20069
		75 cm		5/0	1	20041
		75 cm		4/0	1,5	20042
TB15	19 mm	75 cm	azul	5/0	1	20043
		75 cm		4/0	1,5	20044
		75 cm		3/0	2	20045
		75 cm		2/0	3	20046
		75 cm		0	3,5	20047
TB20	26 mm	75 cm	azul	3/0	2	20048
		75 cm		2/0	3	20049
TB70	90 mm	100 cm	azul	1	4	20600
		100 cm		2	5	20300

#### aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	75 cm	azul	3/0	2	20009
		75 cm		2/0	3	20010
		75 cm		0	3,5	20102

<b>Estructura</b>	Monofilamento.
<b>Composición</b>	Poliamida 6 y poliamida 6/6.
<b>Color</b>	Azul.
<b>Reacción tisular</b>	Mínima.
<b>Reabsorción</b>	No absorbible. Permanece de forma indefinida en el organismo.
<b>Características</b>	Alta resistencia a la tracción, fácil deslizamiento a través de los tejidos. Muy manejable.
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma.
<b>Indicaciones</b>	Cierre de piel, cirugía general y oftalmología.
<b>Presentación</b>	Cajas de 36 unidades.

- LOT** n° lote
- REF** referencia de catálogo
- un solo uso
- caducidad **yyyy-mm** (año-mes)
- STERILE R** esterilizado por rayos gamma
- ver instrucciones
- CE 0318** Marcado CE y n° de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.



Planta de esterilización

